MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO,
RURAL Y AGUA

El Instituto Boliviano de Metrología, a través de su Dirección Técnica de Acreditación en el marco de las facultades otorgadas por el Decreto Supremo 28243 del 14 de julio de 2005, acredita a:

ACREDITADO

LABORATORIO DE ENSAYO
DTA – CET – 065

LABCOOPLAN de la Cooperativa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Plan Tres Mil (COOPLAN R.L.)

DTA-TRAM-0159

Razón social: COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PLAN TRES MIL R.L.
NIT: 120773027
Dirección: Calle Totaises Barrio Plan 3000 Uv149, Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz, Bolivia

La acreditación de este Organismo de Evaluación de la Conformidad ha sido otorgada conforme a la norma internacional:

ISO/IEC 17025:2017 "Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración".

La acreditación se limita al alcance acreditado para realizar las actividades comprendidas en el alcance de acreditación anexo. Este certificado solo podrá reproducirse en su totalidad; cualquier reproducción parcial requerirá autorización expresa de la DTA-IBMETRO.

Acreditación vigente desde Año-Mes-Día hasta Año-Mes-Día
Esta acreditación es reconocida internacionalmente bajo los Acuerdos de Reconocimiento MLA/MRA suscritos por la DTA-IBMETRO con IAAC e ILAC.

Verifique el estado de acreditación escaneando el QR o ingrese al enlace:
https://ibmetro.gob.bo/dta/catalogo-oec

INSTITUTO BOLIVIANO DE METROLOGÍA
IBMETRO

Julia Eugenia Choque Gómez V°B° DTA

ANEXO DEL CERTIFICADO DTA – CET – 065

”LABCOOPLAN de la Cooperativa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Plan Tres Mil (COOPLAN R.L.)“ acreditado como laboratorio de ensayo conforme a la norma *ISO/IEC 17025:2017 "Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración".*

Alcance de la acreditación

Sitios cubiertos

1. Dirección: Laboratorio de agua potable: Ciudadela Andrés Ibáñez - Zona Central - Barrio Villa Gladis, Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz, Bolivia
   Teléfono: (+591) 362-1050
   Correo electrónico: ggeneral@cooplan.com.bo; orlyoba@hotmail.com

Id	Lugar de ejecución	Tipo de ensayo	Ensayo	Sustancia, material, elemento o producto	Técnica	Intervalo de medición	Método
01	Laboratorio	Química Analítica en Agua	Determinación de pH	Agua de consumo	Electrometría	4,01 unidades de pH a 10,01 unidades de pH	LAB-TPE-P01
02	Laboratorio	Química Analítica en Agua	Determinación de Cloro Libre	Agua de consumo	Colorimetría DPD	0.13 mg/l a 1.31 mg/l	LAB-TPE-P02
03	Laboratorio	Química Analítica en Agua	Determinación de Conductividad	Agua de consumo	Electrometría	1.67 µS/cm a 2450 µS/cm	LAB-TPE-P04
04	Laboratorio	Química Analítica en Agua	Determinación de Turbidez	Agua de consumo	Nefelometría	0,11 NTU a 522,50 NTU	LAB-TPE-P03 V:04

INSTITUTO BOLIVIANO DE METROLOGIA
Julia Eugenia Choque Gómez
V°B°
DTA

2. Dirección: Laboratorio de agua residual: Zona Sudeste a 15 Km de la plaza El Mechero, Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz, Bolivia
   Teléfono: (+591) 362-1050
   Correo electrónico: ggeneral@cooplan.com.bo; orlyoba@hotmail.com

Id	Lugar de ejecución	Tipo de ensayo	Ensayo	Sustancia, material, elemento o producto	Técnica	Intervalo de medición	Método
05	Laboratorio	Química Analítica en Agua	Determinación de pH	Agua residual	Electrometría	6,83 unidades de pH a 8,85 unidades de pH	LAB-TPE-05-A SM 4500-pH+ B
06	Laboratorio	Química Analítica en Agua	Determinación de conductividad	Agua residual	Electrometría	621 µS/cm a 1851 µS/cm	LAB-TPE-05-B SM 2510 B

Historial de acreditación

Acreditación inicial de 2016-02-22 hasta 2019-02-21
Primera renovación de 2019-02-22 hasta 2022-02-21
Segunda renovación de 2022-02-22 hasta 2025-02-21
Tercera renovación de 2025-02-22 hasta 2028-02-21

Firmado digitalmente por: HORTENCIA DAVILA GONZALES
Fecha de emisión: 22.07.2026 10:51:18
Email: hdavila@ibmetro.gob.bo
Versión XolidoSign: 2.2.1.55

Verificar firma en: https://validar.firmadigital.bo

Ing. Hortencia Dávila Gonzales
Directora de Acreditación
Instituto Boliviano de Metrología

-Fin del documento-

INSTITUTO BOLIVIANO DE METROLOGÍA
Julia Eugenia Choque Gómez
V°B°
DTA