



INFORMACIÓN DEL LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO

TRÁMITE	DTA-TRAM-340
NOMBRE DEL ORGANISMO	Laboratorio de la división de control de calidad – El Rollo – Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillado - ELAPAS
TIPO DE ORGANISMO	Laboratorio de ensayo
NORMA DE APLICACIÓN	NB/ISO/IEC 17025:2018
NIT	1016255025
DIRECCIÓN	Zona El Rollo S/N
CIUDAD/LOCALIDAD	Sucre
DEPARTAMENTO	Chuquisaca
PAÍS	Bolivia
TELÉFONO	6461919
E-MAIL	marioly261@hotmail.com
CÓDIGO ACREDITACIÓN	DTA-CET-203
FECHA DE ACREDITACIÓN INICIAL	2023-12-12
CICLO DE LA ACREDITACIÓN	2023-12-12 al 2026-12-11

ALCANCE DE ACREDITACIÓN

Anexo 1

Tipo de ensayos: Química analítica en agua

Id	Ensayo	Sustancia, material, elemento o producto a ensayar	Técnica	Intervalo de medición	Método de ensayo o documento normativo
01	Determinación de conductividad	Agua cruda y agua tratada (agua de consumo humano)	Electrometría	5,2 $\mu\text{s/cm}$ a 1 413 $\mu\text{s/cm}$	PR-MB-004 Standard methods for the examination of water and wastewater, Ed. 23 2510 B
02	Determinación de turbiedad	Agua cruda y agua tratada (agua de consumo humano)	Nefelometría	0,506 NTU a 200,000 NTU	PR-MB-005 Standard methods for the examination of water and wastewater, Ed. 23 2130 B

PERSONAL

Nombre	Ensayo
Romer José Fidel Mendez Barrón	01, 02
Julieta Marioly Paravicini Vargas	01, 02
Eric Chavarría Flores	01, 02
Firma de Informe	
Romer José Fidel Mendez Barrón	
Julieta Marioly Paravicini Vargas	





EMISIÓN DEL ANEXO

RESPONSABLE	Ing. Hortencia Dávila Gonzales
CARGO	Directora de Acreditación
FECHA	12 de diciembre de 2023
FIRMA	

IMPORTANTE

- Este alcance forma parte del Convenio/Compromiso de Acreditación, suscrito por el organismo acreditado ante la DTA, mismo que es responsable por el contenido técnico de este documento.
- El organismo acreditado sólo debe hacer referencia a la condición de acreditado y usar el símbolo de acreditación para las actividades que se consignan en este alcance. Cualquier uso del símbolo de acreditación debe realizarse en el marco de la reglamentación vigente del sistema de acreditación.
- Este alcance sólo puede reproducirse en su totalidad. Para reproducir fragmentos del mismo, debe obtenerse la aprobación escrita de la DTA.



ACREDITACIÓN