



INFORMACIÓN DEL LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO

TRÁMITE	DTA-TRAM-118
NOMBRE DEL ORGANISMO	ENVIROLAB S.R.L.
TIPO DE ORGANISMO	Laboratorio de ensayo
NORMA DE APLICACIÓN	NB/ISO/IEC 17025:2018
NIT	167936023
DIRECCIÓN	Calle Melchor Daza N° 38 Esquina Colombia
CIUDAD/LOCALIDAD	Potosí
DEPARTAMENTO	Potosí
PAÍS	Bolivia
TELÉFONO	2-6226838
E-MAIL	amercado@envirolab.com.bo
CÓDIGO ACREDITACIÓN	DTA-CET-044
FECHA DE ACREDITACIÓN INICIAL	2013-06-03
CICLO DE LA ACREDITACIÓN	2022-06-03 al 2025-06-02

ALCANCE DE ACREDITACIÓN

Anexo 12 que reemplaza al anexo 11 emitido el 22 de febrero de 2024

Tipo de ensayos: Química analítica en agua

Id	Ensayo	Sustancia, material, elemento o producto a ensayar	Técnica	Intervalo de medición	Método de ensayo o documento normativo
01	Determinación de cobre	Agua cruda, agua tratada (agua de consumo humano) y agua residual (agua de descarga industrial)	Espectrofotometría de absorción atómica en llama	0,043 mg/l a 9,846 mg/l	PROC-TC-012 ASTM D 1688-17
02	Determinación de cadmio	Agua cruda, agua tratada (agua de consumo humano) y agua residual (agua de descarga industrial)	Espectrofotometría de absorción atómica en llama	0,055 mg/l a 4,935 mg/l	PROC-TC-015 ASTM D 3557-17
03	Determinación de hierro	Agua cruda, agua tratada (agua de consumo humano) y agua residual (agua de descarga industrial)	Espectrofotometría de absorción atómica en llama	0,05 mg/l a 20,710 mg/l	PROC-TC-014 ASTM D 1068-15
04	Determinación de manganeso	Agua cruda, agua tratada (agua de consumo humano) y agua residual (agua de descarga industrial)	Espectrofotometría de absorción atómica en llama	0,054 mg/l a 9,515 mg/l	PROC-TC-016 ASTM D858-17
05	Determinación de zinc	Agua cruda, agua tratada (agua de consumo humano) y agua residual (agua de descarga industrial)	Espectrofotometría de absorción atómica en llama	0,058 mg/l a 18,380 mg/l	PROC-TC-013 ASTM D1691-17

PERSONAL

Nombre	Ensayo
Tania Wendy López Mamani	01, 02, 03, 04, 05
Cintia Patricia Sánchez Llanos	01, 02, 03, 04, 05
Mayra Virginia Soliz Villegas	01, 02, 03, 04, 05
Danitza Esther Veliz Pinto	01, 02, 03, 04, 05
Carla Rosario Mamani Mashaca	01, 02, 03, 04, 05





Nombre	Ensayo
Lady Janco Chambi	01, 02, 03, 04, 05

Firma de Informe

Aldo Mercado Gutiérrez

Tania Wendy López Mamani

Cintia Patricia Sánchez Llanos

Silvia Vargas Estrada

Mayra Virginia Soliz Villegas

Danitza Esther Veliz Pinto

Carla Rosario Mamani Machaca

Lady Janco Chambi

EMISIÓN DEL ANEXO

RESPONSABLE	Ing. Hortencia Dávila Gonzales
CARGO	Directora de Acreditación
FECHA	10 de junio 2024
FIRMA	

IMPORTANTE

- Este alcance forma parte del Convenio/Compromiso de Acreditación, suscrito por el organismo acreditado ante la DTA, mismo que es responsable por el contenido técnico de este documento.
- El organismo acreditado sólo debe hacer referencia a la condición de acreditado y usar el símbolo de acreditación para las actividades que se consignan en este alcance. Cualquier uso del símbolo de acreditación debe realizarse en el marco de la reglamentación vigente del sistema de acreditación.
- Este alcance sólo puede reproducirse en su totalidad. Para reproducir fragmentos del mismo, debe obtenerse la aprobación escrita de la DTA.

