

**DIRECCIÓN TÉCNICA DE ACREDITACIÓN****ANEXO AL CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN****DTA-FOR-026 A**  
**Página 1 de 1**

Versión 12

Vigente desde: 2023-02-13

**INFORMACIÓN DEL LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO**

<b>TRÁMITE</b>	DTA-TRAM-0357
<b>NOMBRE DEL ORGANISMO</b>	LIMASOL S.R.L.
<b>TIPO DE ORGANISMO</b>	Laboratorio de ensayo
<b>NORMA DE APLICACIÓN</b>	NB/ISO/IEC 17025:2018
<b>NIT</b>	392415026
<b>DIRECCIÓN</b>	Calle G. Rios Nro. 6 y Evaristo Valle
<b>CIUDAD/LOCALIDAD</b>	Oruro
<b>DEPARTAMENTO</b>	Oruro
<b>PAÍS</b>	Bolivia
<b>TELÉFONO</b>	(2) 5241319 - (+591) 72468042
<b>E-MAIL</b>	info@limasol-bolivia.com
<b>CÓDIGO ACREDITACIÓN</b>	DTA-CET-214
<b>FECHA DE ACREDITACIÓN INICIAL</b>	2024-10-31
<b>CICLO DE LA ACREDITACIÓN</b>	2024-10-31 al 2027-10-30

**ALCANCE DE ACREDITACIÓN**

Anexo 1

**Tipo de ensayos: Química analítica en agua**

<b>Id</b>	<b>Ensayo</b>	<b>Sustancia, material, elemento o producto a ensayar</b>	<b>Técnica</b>	<b>Intervalo de medición</b>	<b>Método de ensayo o documento normativo</b>
01	Determinación de pH	Agua superficial	Electrometría	4,0 unidades de pH a 10,0 unidades de pH	PRO-DEPH-0016 (ISO 10523:2008)

**PERSONAL**

<b>Nombre</b>	<b>Ensayo</b>
Martha Julia Colque Calani	01
Victor Flores Ala	01
<b>Firma de Informe</b>	
Victor Flores Ala	
Henry Flores Tarqui	

**EMISIÓN DEL ANEXO**

<b>RESPONSABLE</b>	Ing. Hortencia Dávila Gonzales
<b>CARGO</b>	Directora de Acreditación
<b>FECHA</b>	08 de noviembre de 2024
<b>FIRMA</b>	

**IMPORTANTE**

- Este alcance forma parte del Convenio/Compromiso de Acreditación, suscrito por el organismo acreditado ante la DTA, mismo que es responsable por el contenido técnico de este documento.
- El organismo acreditado sólo debe hacer referencia a la condición de acreditado y usar el símbolo de acreditación para las actividades que se consignan en este alcance. Cualquier uso del símbolo de acreditación debe realizarse en el marco de la reglamentación vigente del sistema de acreditación.
- Este alcance sólo puede reproducirse en su totalidad. Para reproducir fragmentos del mismo, debe obtenerse la aprobación escrita de la DTA.

*"La DTA se reserva el derecho de modificar el formato de este formulario sin previo aviso"***0000649**