

BUREAU INTERNATIONAL DES POIDS ET MESURES (BIPM)

Centro Nacional de Metrología - (CENAM) - MÉXICO
Patrones primarios de presión

PHISIKALLISH - TECHNISCHE BUNDESANSTALT (PTB)
ALEMANIA
Patrón primario de presión (Pistón - Cilindro) y Patrón primario de masas

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY (NIST) - ESTADOS UNIDOS
Patrón primario de presión

CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA - (CEM)
Patrón primario de presión (Pistón - Cilindro) (CEM-PT-0087)
Patrón primario de masas (CEM-PT-0099 y CEM-PT-0097)

Instituto Boliviano de Metrología
Instrumento: Balanza de presión neumática WIKA
Marca: WIKA
Serie: 50150/N 1157 50150/1870
Modelo: CPB5000/0,03 bar CPB5000/0,4 bar
Alcance: Piston 2 bar Piston 50 bar
N°. Certificado: CNM-CC-720-258/2022 CNM-CC-720-285/2022
Masas: Discos (Juego de masas F1 N° 1 - 18 pza.) N°. Certificado: 27005
Incertidumbre (%): 0,015

AELEA, ILAC - MRA FLUKE
DH Instrument working reference mass set
Pressurements PPA9633 Piston - Cylinder
Ruska PPA 9664 Pistón Cylinder

Instituto Boliviano de Metrología
Instrumento: Balanza de presión hidráulica FLUKE
Marca: FLUKE Serie: 75633/X8341 75633/X8344
Modelo: FLUKE/P3125-MPA-CN
Objeto: Piston 35 bar Piston 1100 bar
N° Certificado: 1500335794 1500335794
Fecha de Cal.: 14/07/2022 14/07/2022
Masas: Discos (Juego de masas F1 N° 1 - 22 pza.)
Masas (Juego, campana y piston) 1500335794 14/07/2022
Incertidumbre (%): 0,015

Instituto Boliviano de Metrología
Instrumento: Balanza de presión hidráulica FLUKE
Marca: FLUKE, Serie: 71193
Modelo: FLUKE/P3125-MPA-CN
Objeto: Piston 35 bar Piston 1100 bar
N° Certificado: 211290001 211290002
Fecha de Cal.: 22/02/2022 24/02/2022
Masas: Discos (Juego de masas F1 N° 1 - 22 pza.)
Masas (Juego, campana y piston) 211290003 03/02/2022
Incertidumbre (%): 0,008

Instituto Boliviano de Metrología
Instrumento: Medidor de presión Absoluta ; Manómetro digital
Marca: FLUKE, Serie: 2771, Modelo: RPM4 A100kp
Objeto: Barómetro 1100 kPa Manómetro 0,1 mbar
N° Certificado: CNM-CC-720-500/2021 1500215115
Incertidumbre (%): 0,01 0,01

Instituto Boliviano de Metrología
Instrumento: Balanza de presión hidráulica DREYER
Marca: DREYER HANOVER, Serie: 1698, Modelo: No Indica
N°. Certificado: 0018PTB
Fecha de Cal.: 27/04/2005
Masas: Discos (Juego de masas F1 N° 2 - 28 pza.)
Incertidumbre (ppm):
Piston 20 bar 200 ppm
Piston 50 bar 150 ppm
Piston 100 bar 200 ppm
Piston 300 bar 150 ppm
Piston 500 bar 150 ppm
Piston 1000 bar 200 ppm
Piston 2000 bar 200 ppm

Instituto Boliviano de Metrología
Instrumento: Controlador digital de presión diferencial
Marca: WIKA(MENSOR), Serie: 7162317, Modelo: CPC2000
Objeto: Presion diferencial 1 mbar
N° Certificado: CNM-CC-720-215/2022
Incertidumbre (%): 0,3

Instituto Boliviano de Metrología
Laboratorio de presión
Medidores de presión diferencial

Instituto Boliviano de Metrología
Laboratorio de presión
Medidores de presión absoluta y vacío

Instituto Boliviano de Metrología
Laboratorio de presión
Medidores de presión neumática relativa

Instituto Boliviano de Metrología
Laboratorio de presión
Medidores de presión hidráulica relativa

CALIBRACIÓN DE MEDIDORES DE PRESIÓN RELATIVA Y VACÍO, DIFERENCIAL Y ABSOLUTA.
INDUSTRIA NACIONAL