SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (BIPM)

CENAM – MÉXICO
JCSS - JAPON
DKD – ALEMANIA

LACOMET – COSTA RICA

DKD – ALEMANIA

CENAM - MEXICO

Juego de bloques Patrón Grado k, DPR-01
Alcance: 0,5 mm a 100 mm
Incertidumbre U: 0,018 µm
CENAM, CNM-CC-740-331-2024

Juego de bloques Patrón Grado k, DPR-02
Alcance: 0,5 mm a 100 mm
Incertidumbre U: 0,030 µm
JCSS, N° 2208008

Juego de bloques Patrón Grado 0, DPT-21
Alcance: 0,5 mm a 100 mm
Incertidumbre U:
$0{,}05\ \mu m + 0{,}5 \cdot 10^{-6} \cdot L$
DKD HOFFMANN, N° 118381

Juego de bloques Patrón Grado 1, DPT-15
Alcance: 2,5 mm a 25 mm
Incertidumbre U:
0,022 µm a 0,029 µm
CENAM, CNM-CC-740-331-2024

Termómetro de Resistencia de Platino
T PT 08, 100 Omhs
Incertidumbre U:
0,005 °C a 0,022 °C

Termómetros DEM-15
2 Termistores y 2 PT-100
Incertidumbre U:
0,0201 °C a 0,0435 °C;
0,013 °C a 0,027 °C;
IBMETRO, LP-CI-T-0063-2025; 0064-2025; 0065-2025; 0066-2025

Juego de bloques, Grado 1, DPT-19
Alcance:
41,3 mm a 281,2 mm
Incertidumbre U:
$0{,}05\ \mu m + 0{,}5 \cdot 10^{-6} \cdot L$
DKD HOFFMANN, N° 119359

Juego de anillos Patrón DPT-19
Alcance:
15,0 mm a 30,0 mm
Incertidumbre U:
0,56 µm; 0,62 µm;
DKD METROSERV, N° 23382722; 23382723

Regla de vidrio DPR-03
Incertidumbre:
$(1{,}5 + 1 \cdot L)\ \mu m$
CENAM, CNM-CC-740-430/2022

Juego de bloques Patrón
DPT-01 (1 mm a 100 mm)
DPT-02 (1 mm a 100 mm)

Instrumentos de medición
DEM-03 (Micrómetro de exteriores)
DEM-07 (Pie de rey)
DEM-10 (Calibrador de diales)
DEM-12 (Micrómetro de exteriores)
DEM-13 (Micrómetro de exteriores)
DEM-14 (Calibre de altura)

Bancada para calibración de reglas y cintas métricas
DEM-02 Alcance: 2 m

INDUSTRIA BOLIVIANA
Calibración de instrumentos/patrones en Longitud
(Bloques patrón, pie de rey, micrómetros, reglas y otros)