BUREAU INTERNATIONAL DES POIDS ET MESURES (BIPM)

Centro Nacional de Metrología - (CENAM) - MÉXICO
Patrones primarios de presión

PHISIKALLISH - TECHNISCHE BUNDESANSTALT (PTB) ALEMANIA
Patrón primario de presión (Pistón - Cilindro) y Patrón primario de masas

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARS AND TECHNOLOGY (NIST) - ESTADOS UNIDOS Patron primario de presión

CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA - (CEM)
Patrón primario de presión (Piston - Cilindro) (CEM-PT-0087)
Patrón primario de masas (CEM-PT-0099 y CEM-PT-0097)

Instituto Boliviano de Metrología
Instrumento: Balanza de presión neumática WIKA
Marca: WIKA

Serie:	50150/N 1157	50150/1870
Modelo:	CPB5000/0,03 bar	CPB5000/0,4 bar
Alcance:	Piston 2 bar	Piston 50 bar
N°. Certificado:	CNM-CC-720-258/2022	CNM-CC-720-285/2022

Masas:Discos (Juego de masas F1 N° 1 - 18 pza.) N°. Certificado: 27005
Clase de Exactitud: 0,015 % de la Indicación

AELEA, ILAC - MRA FLUKE
DH Instrument working reference mass set
Pressurements PPA9633 Piston - Cylinder
Ruska PPA 9664 Pistón Cylinder

Instituto Boliviano de Metrología
Instrumento: Balanza de presión hidráulica FLUKE
Marca:FLUKE **Serie:** 75633/X8341 75633/X8344
Modelo:FLUKE/P3125-MPA-CN

Objeto:	Piston 35 bar	Piston 1100 bar
N° Certificado:	1500335794	1500335794
Fecha de Cal.:	14/07/2022	14/07/2022

Masas: Discos (Juego de masas F1 N° 1 - 22 pza.)
Masas (Juego, campana y piston) 1500335794 14/07/2022
Clase de Exactitud: 0,015 % de la Indicación

Instituto Boliviano de Metrología
Instrumento: Balanza de presión hidráulica FLUKE
Marca:FLUKE, **Serie:**71193
Modelo:FLUKE/P3125-MPA-CN

Objeto:	Piston 35 bar	Piston 1100 bar
N° Certificado:	211290001	211290002
Fecha de Cal.:	22/02/2022	24/02/2022

Masas: Discos (Juego de masas F1 N° 1 - 22 pza.)
Masas (Juego, campana y piston) 211290003 03/02/2022
Clase de Exactitud: 0,008 % de la Indicación

Instituto Boliviano de Metrología
Instrumento: Medidor de presión Absoluta ;Manómetro digital
Marca:FLUKE, **Serie:**2771, **Modelo:**RPM4 A100kp

Objeto:	Barómetro 1100 kPa	Manómetro 0,1 mbar
N° Certificado:	CNM-CC-720-500/2021	1500215115
Clase de Exactitud:	0,01 % de la A. del I.	0,01 % de la A. del I.

Instituto Boliviano de Metrología
Instrumento: Controlador digital de presión diferencial
Marca:WIKA(MENSOR), **Serie:**7162317, **Modelo:**CPC2000
Objeto: Presión diferencial 1 mbar
N° Certificado: CNM-CC-720-215/2022
Clase de Exactitud: 0,3 % de la A. del I.

Instituto Boliviano de Metrología
Instrumento: Balanza de presión hidráulica DREYER
Marca:DREYER HANOVER, **Serie:**1698, **Modelo:**No Indica
N°. Certificado:0018PTB
Fecha de Cal.:27/04/2005
Masas: Discos (Juego de masas F1 N° 2 - 28 pza.)
Clase de Exactitud:
Piston 20 bar, 100 bar, 1000 bar y 2000 bar 0,02 % de la Indicación
Piston 50 bar, 300 bar y 500 bar 0,015 % de la Indicación

Instituto Boliviano de Metrología
Instrumento: Balanza de presión hidráulica FLUKE
Marca:FLUKE **Serie:** 75976/X8465 75976/X8447
Modelo:P3125-MPA

Objeto:	Piston 3,5 MPa	Piston 110 MPa
N° Certificado:	1500353267	1500353267
Fecha de Cal.:	27/04/2023	27/04/2023

Masas: Discos (Juego de masas F1 N° 1 - 23 pza.)
(Juego, campana y piston) 1500335794 27/04/2023
Clase de Exactitud: 0,008 % de la Indicación

Instituto Boliviano de Metrología
Laboratorio de presión
Medidores de presion diferencial

Instituto Boliviano de Metrología
Laboratorio de presión
Medidores de presión absoluta, barométrica y vacio

Instituto Boliviano de Metrología
Laboratorio de presión
Medidores de presion neumática relativa

Instituto Boliviano de Metrología
Laboratorio de presión
Medidores de presión hidráulica relativa

CALIBRACIÓN DEL MEDIDORES DE PRESIÓN RELATIVA Y VACIO, DIFERENCIAL, ABSOLUTA Y BAROMÉTRICA.

INDUSTRIA NACIONAL